



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Τεχνικού – Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ταχυδρομική Δ/ση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
Τ.Κ.: 83300
Τηλ.: 2275350223
E-mail: gnikarias.tech@gmail.com

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 26/03/2025
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2695

Προς: Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ετήσια συντήρηση και επισκευή, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, των παρακάτω μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου SWSHemodialysisπου λειτουργούν στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, **προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α**

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501595 | 5. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501558 |
| 2. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501581 | 6. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501592 |
| 3. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501577 | 7. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501597 |
| 4. Type: SWS 6000 και s/n: 6210501596 | |

Στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, εκτός των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για αποκατάσταση βλάβης, η οποία μπορεί να προκληθεί από φθορά βίαιης χρήσης ή ζημιές.
- Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στη μονάδα σας, δελτίο επισκέψεως τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.
- Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης ή επισκευής βλάβης εντός 48 ωρών, μετά από Γραπτή (e-mail) ή τηλεφωνική κλήση στα τηλέφωνα της εταιρίας, από την προϊσταμένη ή τους ιατρούς της Μ.Τ.Ν.
- Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να προσφέρει απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη.
- Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (softwareupdates) λειτουργίας των μηχανημάτων, αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο.
- Η συντήρηση συνίσταται και πρέπει να εκτελείται κάθε 6 και 12 μήνες. Καθεμία από αυτές τις συντηρήσεις πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω οικονομική προσφοράκόστους συντήρησης, σε περίπτωση δε πού το νοσοκομείο σας ζητήσει από την εταιρείαμας να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ' αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται ξεχωριστά.

1. Ζημιές ή καταστροφές από κακή παροχή τροφοδοσίας ρεύματος (πτώση τάσεως220 V AC/50 Hz, απότομες διακυμάνσεις δικτύου κ.λ.π.) του νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.
2. Ζημιές ή καταστροφές από κακή ποιότητα παροχής ή μη επαρκή τροφοδοσία νερούαπό το σύστημα κεντρικής επεξεργασίας νερού του νοσοκομείου σας.
3. Ζημιές ή καταστροφές των μηχανημάτων από θεομηνίες(σεισμός ,θύελλα, πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, κ.λ.π.).
4. Ζημιές ή καταστροφές από κακή χρήση/μη ενδεδειγμένη των μηχανημάτων από τοπροσωπικό του νοσοκομείου ή τρίτους καθώς επίσης από πτώση ή χτυπήματα τωνμηχανημάτων.
5. Ζημιές ή καταστροφές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (βαριά αμέλεια ή δόλο).
6. Ζημιές ή καταστροφές από χρήση ακατάλληλων υλικών για την απολύμανση,τονκαθαρισμό απασβέστωσης καθώς και από ελλιπή-πέραν των οδηγιών πουαναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή –διαδικασίααπασβέστωσης ή καθαρισμού.

Συνημμένο:

- Το Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τον κατασκευάστρια οίκο.

Η Προϊστ.

Τεχνικού Τμήματος

Παλαμάρα Μαρία